




Analysezertifikat / Certificate of Analysis

Externe Kontrollen Serazym® Stuhlteste / External controls Serazym® Stool diagnostics

REF	s.Kontrolle-Set/ Control-Set	LOT	2022-03		2022-05-04
			2...8 °C / 36...46 °F		2022-03-23

Kontrolle-Set / Control-Set	ELISA Ergebnis / Result			
	Kontrolle / control 1		Kontrolle / control 2	
	Soll / expected	Ist / measured	Soll / expected	Ist / measured
Rotavirus-1/ -2 REF: EK-020	positiv		negativ	
Adenovirus-1/ -2 REF: EK-017	positiv		negativ	
Astrovirus-1/ -2 REF: EK-045	positiv		negativ	
Norovirus-1/ -2 REF: EK-061	positiv		negativ	
Campylobacter-1/ -2 REF: EK-093	positiv		negativ	
Clostridium difficile GDH-1/ -2 REF: EK-107	positiv		negativ	
Clostridium difficile Toxin A+B-1/ -2 REF: EK-040	positiv		positiv	
Verotoxin 1+2-1/ -2 REF: EK-030	negativ		positiv	
Giardia-1/ -2 REF: EK-106	positiv		negativ	
Cryptosporidium parvum-1/ -2 REF: EK-039	positiv		negativ	
Entamoeba histolytica-1/ -2 REF: EK-018	positiv		negativ	
H. pylori 2nd Gen.-1/ -2 REF: EK-114	positiv		positiv	

Diese Lot wurde von der Qualitätskontrolle nach PA-EK-Stuhl getestet und die ermittelten Daten erfüllen die Spezifikationen.

This lot has been tested by the quality control laboratory according to PA-EK-Stuhl and the resulting data fulfill the specifications.

Seramun Diagnostica GmbH

sign. N. Zimmer
QC-Leitung / Director of Quality Control

Datum / Date: 2022-03-31