Seramun Diagnostica GmbH

Spreenhagener Str. 1
15754 Heidesee
Telefon: +49-33767 – 791-10
Fax: +49-33767 – 791-99
info@seramun.com
www.seramun.com

Vertrieb:

VIROTECH DIAGNOSTICS

Löwenplatz 5
65428 Rüsselsheim
Telefon: 06142-6909-0
Fax: 06142-6909-19
info@virotechdiagnostics.com
www.virotechdiagnostics.com

Analysenzertifikat / Certificate of analysis

Externe Kontrollen *Serazym*® Stuhlteste / External controls *Serazym*® Stool diagnostics

REF: s. Kontrolle-Set / Control-Set

Haltbarkeitsdatum / Expiry date: 2017-04-12

LOT: 2017-03

Lagerbedingungen / Storage conditions: 2 – 8°C

Kontrolle-Set / Control-Set	ELISA Ergebnis / Result			
	Kontrolle / Control 1		Kontrolle / Control 2	
	Soll / Expected	Ist / Measured	Soll / Expected	Ist / Measured
Rotavirus-1/ -2 REF: EK-020	negativ		positiv	
Adenovirus-1/ -2 REF: EK-017	positiv		positiv	
Astrovirus-1/ -2 REF: EK-045	positiv		negativ	
Norovirus-1/ -2 REF: EK-061	positiv		negativ	
Campylobacter-1/ -2 REF: EK-093	negativ		positiv	
Clostridium difficile GDH-1/ -2 REF: EK-107	negativ		positiv	
Clostridium difficile Toxin A+B-1/ -2 REF: EK-040	positiv		positiv	
Verotoxin 1+2-1/ -2 REF: EK-030	positiv		negativ	
Giardia-1/ -2 REF: EK-106	positiv		negativ	
Cryptosporidium parvum-1/ -2 REF: EK-039	negativ		positiv	
Entamoeba histolytica-1/ -2 REF: EK-018	positiv		negativ	
H. pylori 2nd Gen.-1/ -2 REF: EK-114	positiv		negativ	

Ausführender / Operator: K. Thiele-Rampf

Datum / Date: 12.04.2017

QC-Leitung / Head of Quality Control: K. Zinn

Datum / Date: 12.04.2017